

誤接続防止コネクタの導入に関するご案内

厚生労働通知を受け、誤接続防止コネクタ製品を導入する運びとなりました。円滑な施設間連携を図るため、本案内をもって情報提供させていただきます。

当院の製品切り替え予定

2021年5月6日（木）をもって新規格品への切替を開始します。

予定日以降、当院で胃瘻・経鼻チューブを導入・入替を行う場合は、新規格製品で行います。


今後の対応

切り替え日以降に当院から転出する患者さんは、当面の間、看護サマリーに新規格/旧規格を明記します。

新規格と旧規格と異なる規格で接続を行う場合は、変換コネクタを使用する必要があります。

なお、変換コネクタは患者側と栄養剤側の新規格/旧規格の組み合わせにより、2種類ありますのでご注意ください。

当院への入院前より経腸栄養を導入されている患者さんについては、改めて規格変更目的のみの入れ替えは行いません。
そのため当面の間、新旧2規格が混在する状態となりますが、施設間で混乱をきたさないようご協力をお願いします。



連携施設様へのお願い

切り替え日以降については、貴施設に置かれましても「変換コネクタ」のご準備、もしくは新規格製品の準備等をお願いいたします。

問い合わせ・連絡先

医療法人仁誠会 奈良セントラル病院

電話：0742-93-8520（代表）